

DERMATOLOJİK AMAÇLI EPİLUMİNESANS DERMATOSKOP SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Cihaz malign melanomun erken tanısının ve diğer dermatolojik tetkiklerin kolayca yapılabilmesi ve deri katmanlarının incelenmesi amacıyla kullanılabilir olmalıdır.
- 2- Dermatoskop en az 10 kat (+/- %10) büyütme oranına sahip olmalı ve mercek çapı en az 25 mm olmalıdır.
- 3- Dermatoskop, çapraz polarizasyon ile görüntüleme için en az 12 adet beyaz ve polarizasyonsuz görüntüleme için minimum 6 adet beyaz LED ışığa sahip olmalıdır. Her iki moda ilave olarak pigment artırıcı özellik için kullanılabilen 10 adet turuncu LED ışıkla beraber toplamda en az 28 adet LED ışığa sahip olmalıdır.
- 4- Dermatoskop, mod seçimi için iki düğme ile kontrol edilebilir olmalıdır.
- 5- Dermatoskop şarj edilebilir olmalıdır.
- 6- Cihaz, ön camı üzerinde lezyonların boyutlarını ölçmeyi kolaylaştıracak en az 10 mm'lik ölçeğe sahip olmalıdır.
- 7- Cihazla beraber, cihaza uygun bir adet masaüstü şarj standı verilmelidir.
- 8- Dermatoskop istenildiği takdirde akıllı cep telefonu, tablet veya dijital fotoğraf makinesi ile bağlantı kurabilecek özelliğe sahip olmalıdır.
- 9- Cihaz üç seviyeli şarj seviyesi göstergesine sahip olmalıdır.
- 10- Portatif ve kolayca taşınabilir olmalıdır.
- 11- Cihaz ile birlikte deri taşıma ve koruyucu kılıf verilmelidir.
- 12- İstenildiğinde immersion yağlı ve yağsız kullanılabilmelidir.
- 13- Teklif veren firmalar, ilgili ürün grubu için TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi'ne sahip olmalı ve bu belgenin asıl veya suretini teklif ekinde sunmalıdır.
- 14- Teklif veren firmalar, bu şartname maddelerini tek tek teyit ederek, açıklamalı olarak cevaplandırmalıdır.

GARANTİ:

Cihaz, imalat hatalarına karşı iki yıl garantili olmalıdır.

Garanti süresince cihazın periyodik bakımı ve onarımı bedelsiz olarak yapılmalıdır.

Garanti süresinin bitiminden itibaren ayrıca on yıllık ücreti karşılığında bakım – onarım ve yedek parça temin garantisi verilmelidir.

EĞİTİM:

Cihazın kullanım eğitimi kullanıcı personele ücretsiz olarak verilmelidir.