

DERMATOLOJİK AMAÇLI EPİLÜMİNESANS DERMATOSKOP SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Cihaz malign melanomun erken tanısının ve diğer dermatolojik tetkiklerin kolayca yapılabilmesi ve deri katmanlarının incelenmesi amacıyla kullanılabilir olmalıdır.
- 2- Cihaz en az 10 kat (+/- %10) büyütme oranına sahip olmalı ve mercek çapı en az 15 mm olmalıdır.
- 3- Dermatoskop çapraz polarizasyon ile görüntüleme için en az 8 adet beyaz LED ışığa sahip olmalıdır.
- 4- Dermatoskop lensi, polarizasyon özelliğinde olmalıdır.
- 5- Portatif ve kolayca taşınabilir olacaktır.
- 6- Ağırlığı maksimum 100 (+/- %10) gram olmalıdır.
- 7- Dermatoskop ile birlikte 6 (altı) voltluk lityum pil verilecektir.
- 8- Teklif veren firmalar, bu şartname maddelerini tek tek teyit ederek, açıklamalı olarak cevaplandırmalıdır.

GARANTİ:

Cihaz, imalat hatalarına karşı iki yıl garantili olmalıdır.

Garanti süresince cihazın periyodik bakımı ve onarımı bedelsiz olarak yapılmalıdır.

Garanti süresinin bitiminden itibaren ayrıca on yıllık ücreti karşılığında bakım – onarım ve yedek parça temin garantisi verilmelidir.

EĞİTİM:

Cihazın kullanım eğitimi kullanıcı personele ücretsiz olarak verilmelidir.