

DERMATOLOJİK AMAÇLI EPİLÜMİNESANS DERMATOSKOP SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Cihaz, malign melanomun erken tanısı ve diğer dermatolojik tetkikler için deri katmanlarının incelenmesi amacıyla kullanılabilir olmalıdır.
- 2- Dermatoskop en az 10 kat (+/- %10) büyütme oranına sahip olmalı ve mercek çapı en az 30 mm olmalıdır.
- 3- Dermatoskop, çapraz polarizasyon ile görüntüleme için en az 18 adet beyaz ve polarizasyonsuz görüntüleme için en az 6 adet beyaz olmak üzere toplamda en az 24 adet beyaz LED ışığa sahip olmalıdır.
- 4- Cihazla birlikte, enfeksiyon riskine karşı koruma olarak 5 adet tek kullanımlık koruyucu kılıf verilmelidir.
- 5- Dermatoskop, USB bağlantı ile şarj edilebilir olmalıdır ve bu amaçla kullanılmak üzere bir adet kablo cihazla birlikte verilmelidir.
- 6- Cihaz, ön camı üzerinde lezyonların boyutlarını ölçmeyi kolaylaştıracak en az 10 mm'lik ölçeğe sahip olmalıdır.
- 7- Cihaz en az 4 seviyeli şarj göstergesine sahip olmalıdır.
- 8- Portatif ve kolayca taşınabilir olmalıdır.
- 9- Temaslı ve temassız kullanıma uygun olmalıdır.
- 10- Cihaz gövdesi alüminyum olmalıdır.
- 11- Cihazla birlikte kolayca sökülüp takılabilen silikon koruma kılıfı verilmelidir.
- 12- Cihazla birlikte kemere bağlanabilen deri koruma kılıfı verilmelidir.
- 13- Teklif veren firmalar, ilgili ürün grubu için TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi'ne sahip olmalı ve bu belgenin asıl veya suretini teklif ekinde sunmalıdır.
- 14- Teklif veren firmalar, bu şartname maddelerini tek tek teyit ederek, açıklamalı olarak cevaplandırılmalıdır.

GARANTİ:

Cihaz, imalat hatalarına karşı iki yıl garantili olmalıdır.

Garanti süresince cihazın periyodik bakımı ve onarımı bedelsiz olarak yapılmalıdır.

Garanti süresinin bitiminden itibaren ayrıca on yıllık ücreti karşılığında bakım – onarım ve yedek parça temin garantisi verilmelidir.

EĞİTİM:

Cihazın kullanım eğitimi kullanıcı personele ücretsiz olarak verilmelidir.