

DERMATOLOJİK AMAÇLI EPİLÜMİNESANS DERMATOSKOP SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Cihaz, malign melanomun erken tanısı ve diğer dermatolojik tetkikler için deri katmanlarının incelenmesi amacıyla kullanılabilir olmalıdır.
- 2- Dermatoskop iki farklı merceğe sahip olmalıdır.
- 3- Dermatoskopun iki merceğinden biri en az 6 kat (+/- %10) büyütme oranına sahip olmalı ve mercek çapı en az 20 mm olmalıdır.
- 4- Dermatoskopun ikinci merceğinden diğeri ise en az 1.4 kat (+/- %10) büyütme oranına sahip olmalı ve mercek çapı en az 40 mm olmalıdır.
- 5- Dermatoskop, çapraz polarizasyon ile görüntüleme için en az 6 adet beyaz LED ışığa sahip olmalıdır.
- 6- Dermatoskop, USB bağlantı ile şarj edilebilir olmalıdır ve bu amaçla kullanılmak üzere bir adet kablo cihazla birlikte verilmelidir.
- 7- Portatif ve kolayca taşınabilir olmalıdır.
- 8- Cihazla birlikte orijinal ve kolayca sökülüp takılabilen mercekleri koruyan ve cebe takılabilen koruma kapağı verilmelidir.
- 9- Cihaz ile birlikte dermoskopik görüntülemeyi kolaylaştıran, sökülüp takılabilen bölge sınırlayıcı ve dış ışıkları engelleyici bir aparat verilmelidir.
- 10- Cihaz, gövdesi üzerinde lezyonların boyutlarını ölçmeyi kolaylaştıracak ölçeğe sahip olmalıdır.
- 11- Cihaz telefon veya fotoğraf makinasına bağlanabilir olmalıdır.
- 12- Cihaz en az 4 seviyeli şarj göstergesine sahip olmalıdır.
- 13- Teklif veren firmalar, bu şartname maddelerini tek tek teyit ederek, açıklamalı olarak cevaplandırmalıdır.

GARANTİ:

Cihaz, imalat hatalarına karşı iki yıl garantili olmalıdır.

Garanti süresince cihazın periyodik bakımı ve onarımı bedelsiz olarak yapılmalıdır.

Garanti süresinin bitiminden itibaren ayrıca on yıllık ücreti karşılığında bakım – onarım ve yedek parça temin garantisi verilmelidir.

EĞİTİM:

Cihazın kullanım eğitimi kullanıcı personele ücretsiz olarak verilmelidir.