

DERMATOLOJİK AMAÇLI EPİLÜMİNESANS DERMATOSKOP SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Cihaz, malign melanomun erken tanısı ve diğer dermatolojik tetkikler için deri katmanlarının incelenmesi amacıyla kullanılabilir olmalıdır.
- 2- Dermatoskop en az 10 kat (+/- %10) büyütme oranına sahip olmalı ve mercek çapı en az 30 mm olmalıdır.
- 3- Dermatoskop, çapraz polarizasyon ile görüntüleme için en az 12 adet beyaz ve polarizasyonsuz görüntüleme için en az 6 adet beyaz LED ışığa sahip olmalıdır. Her iki moda ilave olarak pigment artırıcı özellik için kullanılabilen çapraz polarizasyon özelliğine sahip 6 adet turuncu LED ışıkla beraber toplamda en az 24 adet LED ışığa sahip olmalıdır.
- 4- Cihazla birlikte, enfeksiyon riskine karşı koruma olarak 5 adet tek kullanımlık koruyucu kılıf verilmelidir.
- 5- Dermatoskop, USB bağlantı ile şarj edilebilir olmalıdır ve bu amaçla kullanılmak üzere bir adet kablo cihazla birlikte verilmelidir.
- 6- Cihaz, ön camı üzerinde lezyonların boyutlarını ölçmeyi kolaylaştıracak en az 10 mm'lik ölçeğe sahip olmalıdır.
- 7- Cihaz en az 2 farklı parlaklık seviyesine sahip olmalıdır.
- 8- Cihaz en az 4 seviyeli şarj göstergesine sahip olmalıdır.
- 9- Portatif ve kolayca taşınabilir olmalıdır.
- 10- Temaslı ve temassız kullanıma uygun olmalıdır.
- 11- Cihaz gövdesi alüminyum olmalıdır.
- 12- Cihazla birlikte kolayca sökülüp takılabilen silikon koruma kılıfı verilmelidir.
- 13- Cihazla birlikte kemere bağlanabilen deri koruma kılıfı verilmelidir.
- 14- Cihazla birlikte herhangi bir telefona veya tablete yapılandırılmak suretiyle bağlanan halka ve kanat şeklindeki manyetik özellikli bağlantı aparatları, bağlantı kılavuzları ve dermatoskopa manyetik olarak bağlanan özel kiti içeren foto dermoskopi yapmaya olanak sağlayan bağlantı kiti set halinde verilmelidir.
- 15- Teklif veren firmalar, ilgili ürün grubu için TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi'ne sahip olmalı ve bu belgenin asıl veya suretini teklif ekinde sunmalıdır.
- 16- Teklif veren firmalar, bu şartname maddelerini tek tek teyit ederek, açıklamalı olarak cevaplandırmalıdır.

GARANTİ:

Cihaz, imalat hatalarına karşı iki yıl garantili olmalıdır.

Garanti süresince cihazın periyodik bakımı ve onarımı bedelsiz olarak yapılmalıdır.

Garanti süresinin bitiminden itibaren ayrıca on yıllık ücreti karşılığında bakım – onarım ve yedek parça temin garantisi verilmelidir.

EĞİTİM:

Cihazın kullanım eğitimi kullanıcı personele ücretsiz olarak verilmelidir.