

DERMATOLOJİK AMAÇLI TAŞINABİLİR KRIYO CİHAZI PROBE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz dermatolojik tedavilerde kullanılmak üzere gerekli özelliklere sahip olacaktır.
2. Sprey uçların her biri, cihaza kolayca monte edilebilecek ve kaçak oluşmasını önleyecek şekilde vidalı tip olmalıdır.
3. Sprey uç, Brymill markalı kriyoterapi cihazlarına uygun olmalıdır.
4. Sprey uçların her birinin özellikleri aşağıda listelendiği gibi olmalıdır. (+/- %10)
 - a. 1 adet en az 0,04 inç (0,1016 cm) spreyleme açıklığına sahip ve kubbe şeklinde
 - b. 1 adet en az 0,031 inç (0,07874 cm) spreyleme açıklığına sahip ve kubbe şeklinde
 - c. 1 adet en az 0,022 inç (0,05588 cm) spreyleme açıklığına sahip ve kubbe şeklinde
 - d. 1 adet en az 0,016 inç (0,04064 cm) spreyleme açıklığına sahip ve kubbe şeklinde
 - e. 1 adet en az 3 inç (7,62 cm) uzunlukta ve eğik uçlu spreyleme aparatı
 - f. 1 adet en az 1 inç (2,54 cm) uzunlukta ve düz uçlu spreyleme aparatı
5. Teklif veren firmalar ÜTS'ye kayıtlı olmalı ve firma ÜTS numarasını teklifle beraber sunmalıdır.
6. Teklif edilen ürün ÜTS'ye kayıtlı olmalı ve ÜTS birincil ürün numarası teklifle beraber sunulmalıdır.
7. Teklif veren firmalar, ilgili ürün grubu için TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi'ne sahip olmalı ve bu belgenin asıl veya suretini teklif ekinde sunmalıdır.
8. Teklif veren firmalar, bu şartname maddelerini tek tek teyit ederek, açıklamalı olarak cevaplandırmalıdır.

GARANTİ:

Cihaz, imalat hatalarına karşı iki yıl garantili olmalıdır.

Garanti süresince cihazın periyodik bakımı ve onarımı bedelsiz olarak yapılmalıdır.

Garanti süresinin bitiminden itibaren ayrıca on yıllık ücreti karşılığında bakım-onarım ve yedek parça temin garantisi verilmelidir.

EĞİTİM:

Cihazın kullanım eğitimi kullanıcı personele ücretsiz olarak verilmelidir.