

WOOD LAMBASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Cihaz dermatolojik teşhis amaçlı kullanılmak üzere gerekli özelliklere sahip olacaktır.
- 2- Cihazın en az 2 kat büyütmeli merceği olmalıdır.
- 3- Cihazın en az 4 adet ve her biri en az 4 Watt olan UV lambası bulunmalıdır.
- 4- Cihazın çıkış gücü en az 16 Watt (+/- %10) olmalıdır.
- 5- Cihazın UV dalga boyu en az 315-400 nm (+/- %10) olmalıdır.
- 6- Cihaz 220 Volt (AC) şehir elektriği ile çalışmalıdır.

GARANTİ:

Cihaz, imalat hatalarına karşı iki yıl garantili olmalıdır.

Garanti süresince cihazın periyodik bakımı ve onarımı bedelsiz olarak yapılmalıdır.

Garanti süresinin bitiminden itibaren ayrıca on yıllık ücreti karşılığında bakım – onarım ve yedek parça temin garantisi verilmelidir.

EĞİTİM: Cihazın kullanım eğitimi kullanıcı personele ücretsiz olarak verilmelidir.