

DERMATOLOJİK AMAÇLI EPİLÜMİNESANS DERMATOSKOP SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Cihaz, malign melanomun erken tanısı ve diğer dermatolojik tetkikler için deri katmanlarının incelenmesi amacıyla kullanılabilir olmalıdır.
- 2- Dermatoskop en az 10 kat (+/- %10) büyütme oranına sahip olmalı ve mercek çapı en az 25 mm olmalıdır.
- 3- Dermatoskop, çapraz polarizasyon ile görüntüleme için en az 21 adet beyaz LED ışığa sahip olmalıdır.
- 4- Cihazla birlikte, enfeksiyon riskine karşı koruma olarak 5 adet tek kullanımlık koruyucu kılıf verilmelidir.
- 5- Dermatoskop, USB bağlantı ile şarj edilebilir olmalıdır ve bu amaçla kullanılmak üzere bir adet kablo cihazla birlikte verilmelidir.
- 6- Portatif ve kolayca taşınabilir olmalıdır.
- 7- Cihazla birlikte orijinal ve kolayca sökülüp takılabilen silikon koruma kılıfı verilmelidir.
- 8- Cihaz, ön camı üzerinde lezyonların boyutlarını ölçmeyi kolaylaştıracak en az 10 mm'lik ölçeğe sahip olmalıdır.
- 9- Cihazla birlikte orijinal taşıma kılıfı verilmelidir.
- 10- Temaslı ve temassız kullanıma uygun olmalıdır.
- 11- Cihaz telefon veya fotoğraf makinasına bağlanabilir olmalıdır.
- 12- Cihaz en az 2 farklı parlaklık seviyesine sahip olmalıdır.
- 13- Cihaz en az 4 seviyeli şarj göstergesine sahip olmalıdır.
- 14- Gövdesi tamamen metal olmalıdır.
- 15- Cilde temas eden camı asansörlü ve çıkarılabilir olmalıdır.
- 16- Teklif veren firmalar, bu şartname maddelerini tek tek teyit ederek, açıklamalı olarak cevaplandırmalıdır.

GARANTİ:

Cihaz, imalat hatalarına karşı iki yıl garantili olmalıdır.

Garanti süresince cihazın periyodik bakımı ve onarımı bedelsiz olarak yapılmalıdır.

Garanti süresinin bitiminden itibaren ayrıca on yıllık ücreti karşılığında bakım – onarım ve yedek parça temin garantisi verilmelidir.

EĞİTİM:

Cihazın kullanım eğitimi kullanıcı personele ücretsiz olarak verilmelidir.